

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Вукова број 9

Број: 13/17-169/1

Датум: 13.02.2017. године

У отвореном поступку јавне набавке добара, имплантационог материјала у ортопедији, ендопротезе – кукови за потребе Клиничко болничког центра Земун, за 2017. годину. ЈН 13/17, заинтересовано лице је поставило следеће:

Питање:

Да ли ће бити прихваћена као одговарајућа понуда за Биартикуларну протезу кука, а чине је три дела: стем, феморална глава и ацетабулум?

Одговор:

Да, биће прихваћена као одговарајућа понуда.

Питање:

Може ли бити прихваћен стем од материјала сличних карактеристика, на пример легура Ти?

Одговор:

Не може бити прихваћен стем од материјала сличних карактеристика, легура Ти.

Питање:

Може ли бити прихваћена као одговарајућа понуда за стем који је израђен од –легуре гвожђа, а остале захтеване карактеристике испуњава?

Одговор:

Не може бити прихваћена.

Питање:

Да ли бисте могли да прихватите понуду за Уложак, са елевацијом од 0 и 20 степени?

Одговор:

Да, можемо прихватити понуду за Уложак, са елевацијом од 0 и 20 степени.

Комисија за ЈН 13/17