

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Вукова 9, Земун, Београд

Број: 71/18-1213/1

Датум: 26.09.2018. године

У поступку јавне набавке добара медицинских средстава – ситног и потрошног медицинског и лабораторијског материјала за потребе КБЦ Земун за 2018. годину ЈН 71/18, заинтересовано лице је поставило следеће:

Питање:

Партија 5, ставка 2:

Да ли прихватате маске које имају издржљивост од 15 стерилизација обзиром да је у питању врло квалитетан силикон, а разлика у броју стерилизација је мала?

Одговор:

Наручилац прихвата сугестију и у партији број 5, ставка 2, мења услов у вези издржљивости маске тако да је потребна издржљивост маске минимално 15 стерилизација.

Сходно наведеном биће извршена и измена конкурсне документације.

Комисија за ЈН 71/18