

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Број: 23/17-444/1

Датум: 05.04. 2017. године

У отвореном поступку јавне набавке добара, набавке потрошног материјала за обраду, прераду и чување крви - кесе за крв за потребе Службе трансфузиологије у КБЦ Земун за 2017. годину, ЈН 23/17, заинтересовано лице је поставило следеће:

У обрасцу Спецификација јавне набавке-стране 47 и 48 у партијама 1, 2 и 3, наручилац тражи да се уз кесе за колекцију крви понуде вакуум епрувете-К2ЕДТА од 3мл и К2ЕДТА од 9мл.

**Питање:**

Да ли се вредност од 9мл односи на укупну запремину вакуум епрувете или на количину крви која вакуумом треба да буде евакуисана у епрувету?

**Одговор:**

Вредност од 9мл се односи на количину повучене крви и представља минимум повучене запремине.

**Питање:**

Ако се захтевани волумен односи на вакуумски евакуациони волумен, да ли је за Наручиоца прихватљиво понудити вакуум епрувету са К2ЕДТА, стандардних геометријских димензија 16x100мм, која обезбеђује гарантовани вакуумски волумен од 10 мл?

**Одговор:**

За Наручиоца је прихватљиво понудити вакуум епрувету са К2ЕДТА, стандардних геометријских димензија 16x100мм, која обезбеђује гарантовани вакуумски волумен од 10 мл.

Комисија за ЈН 23/17