

**КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН**

Вукова број 9, Земун, Београд

Број: 4/17-76/1

23.01.2017. године

У отвореном поступку јавне набавке добара, медицинских средстава – ситног инвентара, микрокивете и ножићи за стерилну конекцију за потребе КБЦ Земун за 2017. годину за потребе КБЦ Земун за 2017.годину, ЈН 4/17, заинтересовано лице је поставило следеће:

**Питање:**

1. У партији 1, Микрокивете за одређивање хемоглобина на апарату ЕКФ дијагностикс навели сте „Микрокивете (пак 50) за апарат Хемо-контрол (ЕКФ) дијагностикс“. Напомена да кивете за одређивање хемоглобина буду одговарајуће за апарат Хемо-контрол (ЕКФ) дијагностикс „без додатка“ или одговарајуће „у супротности је са чланом 72, Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Молимо Вас да измените тендерску документацију и прилагодите је закону.
2. Инсистирањем да кивете за хемоглобин буду одговарајуће за апарат Хемо-контрол (ЕКФ) дијагностикс онемогућавају учешће других потенцијалних понуђача, што је у супротности са Чланом 10. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
3. Сви потенцијални понуђачи кивета за мерење хемоглобина уз кивете бесплатно дају уређаје на трајно коришћење. Посебно имајући у виду да је вредност јавне набавке тридесет пута већа од цене једног уређаја.

Зато Вас молимо да уређај „Хемо-контрол (ЕКФ) дијагностикс“ не третирасте као незаменљив и затворен систем и да ставите да изабрани понуђач мора да достави апарате на коришћење за кивете које понуди.

Због напред наведеног молимо Вас да извршите промене, и тиме у процесу јавне набавке 4/17 за партију 1 омогућите учешће већем броју понуђача.

**Одговор:**

У односу на постављена питања, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог понуђача, те ће у спецификацији конкурсне документације, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама, прецизирати исту са речју „или одговарајући“. Сходно наведеном Наручилац ће изменити конкурсну документацију.

Комисија за ЈН 4/17