

КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР ЗЕМУН

Вукова број 9, Земун, Београд

Број: 4/17-94/1

27.01.2017. године

У отвореном поступку јавне набавке добара, медицинских средстава – ситног инвентара, микрокивете и ножићи за стерилну конекцију за потребе КБЦ Земун за 2017. годину, ЈН 4/17, заинтересовано лице је поставило следеће:

Питање:

Инсистирањем да кивете за хемоглобин буду одговарајуће за апарат Хемо-контрол (ЕКФ) онемогућавају учешће других потенцијалних понуђача, што је у супротности са Чланом 10. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Сви потенцијални понуђачи кивета за мерење хемоглобина уз кивете бесплатно дају уређаје на трајно коришћење. Тако је и ваша установа добила апарат Хемо-контрол(ЕКФ).

С обзиром да не постоје кивете за мерење хемоглобина осим кивета које производи компанија ЕКФ а да одговарају уређају Хемо-контрол (ЕКФ) да ли је за наручиоца прихватљиво да уз понуђене кивете за мерење хемоглобина достави уређаје на коришћење?

Одговор: За наручиоца је неопходно а за несметан рад службе, да уз понуђене кивете за мерење хемоглобина понуђач достави довољан број уређаја на коришћење. Наручилац ће у том смислу прецизирати број апарата за захтеване партије и ради прецизности извршити одговарајуће корекције у конкурсној документацији.

Питање:

1. Имајући у виду да:

- апарат Хемо-контрол(ЕКФ) нисте прибавили у тендерском поступку,
- да је вредност уређаја тридесет пута мања од вредности ове јавне набавке
- да инсистирате на киветама са напред поменутих уређајем како би елиминисали све остале понуђаче,
- анализирајући велики број решења на ову тему које је донела Републичка комисија за заштиту права у поступку јавних набавки уверени смо да кршите члан 10. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Зато Вас молимо да апарат Хемо-контрол(ЕКФ) не третирасте као незаменљив и као затворен систем и да ставите да изабрани понуђач мора да достави апарат на коришћење.

Одговор: Наручилац је у свом одговору на претходно питање понуђача прихватио сугестију заинтересованог понуђача, те је у спецификацији конкурсне документације, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама, прецизирао исту са речју „или одговарајући“.

Сходно наведеном Наручилац је измењену конкурсну документацију објавио на Порталу јавних набавки дана 24.01.2017.године.